



Uitleg MR 10

17.003N

Een MR 10 (Monitor Respirator 10) is een ademhalingsmonitor, verbonden met een elektrode die links of rechts beneden de navel gekleefd wordt. Het alarm wordt ingesteld op 20 sec. Ademt de baby gedurende 20 sec niet, dan gaat het alarm af. Het gebruik van een MR 10 gaat steeds gepaard met een slaaponderzoek.

Hoe het toestel gebruiken?

- Het witte gedeelte van de elektrode + eventueel 50 eurocent (dit om valse alarmen te vermijden bij een oppervlakkige ademhaling) tegen de huid links of rechts beneden de navel met opsite vastkleven. Het geldstuk vooraf ontsmetten.
- Het uiteinde van de elektrode koppelen aan de MR 10
- De monitor aanzetten door tegelijkertijd op de RODE RESET knop en de knop ON 20 sec te duwen, zo voorkom je dat je bij iedere ademhaling een getik hoort.
- Iedere ademhaling wordt weergegeven door een lichtje dat knippert op de knop ON 20 sec.
- Het afzetten van de monitor gebeurt door hard op de knop OFF te drukken tot je een geluid hoort.

Bij alarm :

- het geluid gaat af + een rood lichtje knippert d.w.z. dat de baby gedurende 20 sec niet ademde.
- van zodra het kindje opnieuw ademt, valt het alarmgeluid weg, het rode lichtje blijft wel knipperen.
- vervolgens op RESET duwen om het rode lichtje te laten verdwijnen.

Richtlijnen voor de ouders als het alarm afgaat :

- koppel nooit de elektrode van het toestel af, anders zie je niet wanneer de ademhaling herpakt.
- de ademhaling en de kleur van je kindje bekijken en vergelijken met zijn normale kleur(steeds roze, meestal bleek ...)
- is de kleur van de baby goed en ademt hij (alarmgeluid is weggevallen) dan is het een vals alarm. Indien herhaaldelijk valse alarmen→ de elektrode herkleven of eventueel nieuwe elektrode nemen. Blijft de MR 10 dan nog herhaaldelijk valse alarmen geven door een vlugge en oppervlakkige ademhaling, wees er op bedacht dat de baby misschien ziek wordt→ controleer de temperatuur.
- is de kleur van de baby niet in orde(blauw, grijs, zeer bleek)→de baby op de arm nemen en wakker maken. Zeker niet schudden. Komt de ademhaling niet op gang→112 bellen en zelf reanimeren.

Aandachtspunten

- De elektrode om de 5 dagen herkleven om huidirritatie te voorkomen.
- De elektrode om de 3 weken vernieuwen, tenzij er vocht in de elektrode aanwezig is en er herhaaldelijk valse alarmen zijn. Een voorraad van 3 pakjes elektroden wordt meegegeven. Bij nood aan nieuwe elektroden → gratis afhalen op neonatologie.
- Een roze lichtje brandt als de batterijen (4 x A++) leeg zijn.
- Het toestel dagelijks testen → toestel aanschakelen zonder dat het kindje eraan ligt en kijken als er alarm is na 20 sec (duwen op ON 20 sec).
- Stel het toestel is gevallen : de 1 ste 30 minuten 3 keer testen, indien niet Ok→ komen inwisselen.
- Controleer of het alarmgeluid duidelijk via de babyfoon te horen is.
- Het toestel zowel tijdens de dag (ook in de reiswagen en maxi-cosi) als tijdens de nacht aanschakelen.

Betaling

- Het huren bedraagt 1.61 euro/d. Aankopen van het toestel is niet mogelijk.
- De mutualiteit komt niet tussen, tenzij de slaapttest na 6 weken positief is.
- De waarborg bedraagt 125 euro, te betalen aan het onthaal.

